

Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja donosi

PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANJE I VREMENSKIM INTERVALIMA NJIHOVOG PERIODIČNOG OVERAVANJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste merila za koja je obavezno overavanje, u slučaju kada se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, kao i vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila.

Član 2.

Merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se vrši periodično overavanje tih merila, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj	Naziv merila	Vremenski interval periodičnog overavanja merila (u godinama)
1	2	3
1.	merila dužine opšte namene (merne trake, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima, merni lenjiri, merne trake s viskom)*	2
2 .	mašine za merenje dužine žice i kabla *	2
3.	ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje	-
4.	mlekomeri i laktografizi	5
5.	cisterne	5
6.	rezervoari i tankeri	10
7.	automatska merila nivoa tečnosti*	2
8.	merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda *	1
9.	vodomeri*	5
10.	gasomeri *	5
11.	tegovi klase tačnosti R2, M1, M2 koji se koriste u prometu roba i usluga	2
12.	vage sa neautomatskim funkcionisanjem	
	- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) do 9000 kd*	2
	- klase tačnosti (I), (II), (III) i (IV) preko 9000 kd*	1

Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog
overavanja

13.	vage sa automatskim funkcionisanjem (sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja, za sortiranje, kontrolne vase i etiketirke, vase na transportnoj traci, za merenje vozila u pokretu, dozirne vase)*	1
14.	merni pretvarači za vase*	-
15.	elektronski merni i pokazni uređaji za vase*	-
16.	sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica	1
17.	manometri za merenje krvnog pritiska*	2
18.	manometri za merenje pritiska u pneumaticima*	1
19.	merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila*	1
20.	merila gustine tečnosti koja se koriste u prometu roba i usluga - areometri - elektronska merila gustine*	1
21.	alkoholometri	-
22.	etilometri*	1
23.	vlagomeri za žitarice i uljarice *	1
24.	analizatori izduvnih gasova *	1
25.	opacimetri*	1
26.	refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga *	1
27.	medicinski termometri (stakleni i električni) *	-
28.	merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije	-
29.	brojila električne energije - za indirektno priključenje* - za direktno i poluindirektno priključenje*	6
30.	merila za ispitivanje električne bezbednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama (električne otpornosti prema zemlji, električne otpornosti izolacije, električne impedanse petlje, električne otpornosti uzemljenja i izjednačenja potencijala, za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje) *	-
31.	uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi)	1
32.	spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja*	1
33.	detektori jonizujućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštiti životne sredine	2
34.	Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja *	2

35.	merila nivoa zvuka*	2
36.	taksimetri*	1
37.	merila brzine vozila u saobraćaju*	1
38.	merila topotne energije (kompletno merilo ili računska jedinica)*	5

Član 3.

Merila za koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika, kolona Vremenski interval periodičnog overavanja merila (u godinama), upisane crtice (-) podležu samo prvom overavanju.

Član 4.

Merilo koje je u koloni Tabele iz člana 2. ovog pravilnika: „Naziv merila”, označeno zvezdicom (*) može se overavati samo ako je za to merilo izdato uverenje o odobrenju tipa, odnosno isprava o usaglašenosti tog merila sa propisanim zahtevima.

Član 5.

Vremenski interval periodičnog overavanja za merila dužine opšte namene koja su u Tabeli iz člana 2. ovog pravilnika navedena pod Rednim brojem 1. ne odnosi se na merne trake dužine do 3 t i složiva merila dužine (na zglavkove) do 2 t, koja su izuzeta od periodičnog overavanja.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o merilima za koje je obavezan pregled („Službeni list SRJ”, br. 30/02, 34/02 i „Službeni list SCG”, broj 32/03).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 300-110-00-084/2010-05
U Beogradu, 9. jula 2010. godine

Ministar,

Mlađan Dinkić, s.r.